



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

1618, София, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 251 тел. 955 90 11 Факс: 955 90 15

e-mail: iaos@eea.government.bg ; <http://eea.government.bg/>

Изх. № 1477
гр. София ..28.05.. 2018 г.

ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
в обществена поръчка с предмет „Калибриране на технически средства“

Относно: Постъпило искане за разяснения по чл. 33 ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от потенциален участник по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от ЗОП, възложителя в законоустановения срок предоставя на вниманието на потенциалните участници следното разяснение:

Въпрос 1

По позиция №2, т.6 сте посочили крайни точки на калибриране минус 50 и плюс 1000 градуса Целзий. Възможностите на нашата лаборатория са до 650 градуса Целзий. Действително ли измервате 1000 градуса целзий или Ви устройват 650 градуса Целзий?

Отговор:

Допустимо е калибрирането да бъде извършено до 650 градуса Целзий.

С УВАЖЕНИЕ,
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ГЕОРГИ БАЛЧЕВ

- чл. 42, ал. 5 ЗОП, вр. чл. 2
33Л

Възложител съгласно
Заповед №177/ 26.04.2018 г.

на и.д. изпълнителния директор на ИАОС