

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

РЕШЕНИЕ

№ 08.....

София, 1903..... 2019 г.

На основание чл. 108, т. 4, във връзка с чл. 110, ал.1, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), докладна записка с вътр. № 238/28.02.2019 г. и обществена поръчка с предмет: **„Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон и Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй“**, открита с Решение № 35/13.12.2017 г. по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП на изпълнителния директор на ИАОС публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 18.12.2017 г. под № 00740-2017-0012

І. ПРЕКРАТЯВАМ

На основание чл. 110, ал.1, т.9 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: **„Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон и Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй“** тъй като са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

МОТИВИ:

С Решение № 35/13.12.2017 г. по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП на изпълнителния директор на ИАОС е открита обществена поръчка с предмет: **„Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон и Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй“**.

Поради дългия период на обжалване не е сключен договор за сервизна поддръжка на оборудването. В пряка връзка с липсата на сервизно обслужване е възникването на редица нови технически неизправности на Локални мониторингови станции, както следва:

В 10 от Локални мониторингови станции (ЛМС): Враца, Ахтопол, Монтана, Вълчедръм, вр. Виден, вр. Рожен, Пловдив, нос Емине, Варна и Силистра са настъпили сериозни технически проблеми, като от тези станции не постъпват данни за радиационния гама-фон. В ЛМС нос Калиакра е повредена спектрометричната гама-сонда и последната не функционира. В 12 от Локалните мониторингови станции на БУЛРАМО (Враца, Силистра, Самуил, Тервел, Кнежа, Калиакра, Ахтопол, Елхово, вр. Рожен, вр. Виден, Ореш, ретранслатор на вр. Ботев) са възникнали неизправности в радиоканалите, като тези радиоканали или напълно не работят, или функционират с много прекъсвания. Метеорологичните станции в ЛМС Самуил и ЛМС Емине или нефункционират или изпращат неверни данни.

Предвиденият първоначален ремонт и пускане в експлоатация в рамките на първите 10 работни дни на старата гама-сонида в ЛМС Монтана не може да бъде изпълнен, тъй като към настоящия момент в ЛМС Монтана има нововъзникнали технически проблеми и се променя обхвата на предвидения ремонт.

В ЛМС-Оряхово е повредена спектрометричната сцинтилационна сонда, налице е и повреда в комуникационния модул. В ЛМС-Козлодуй е повреден електронния блок, контролиращ пробовземната водна помпа.

Нововъзникналите технически неизправности не са предвидени в обхвата на настоящата обществена поръчка. Освен това към настоящия момент сервизните дейности по поддръжка, профилактика, метрологична проверка и т.н. за повредените мониторингови станции не могат да бъдат изпълнени, тъй като първо трябва да се отстранят повредите и след това да се извършат сервизните дейности. В същото време в техническите спецификации не е предвидено отстраняването на нововъзникналите повреди, които са следствие от дългия период без сервизно обслужване. Тези повреди не са могли да бъдат предвидени и не са предвидени от ИАОС към момента на обявяване на настоящата поръчка.

Дейностите по сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон и Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй“ няма как да бъдат изпълнени **без да бъде променен обема и обхвата на обществената поръчка**, вкл. прогнозната стойност. Налагат се промени в условията на обявената поръчка, които са съществени и биха променили кръга на заинтересованите лица.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му по реда на чл. 196 от Закон за обществените поръчки.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати за сведение на участниците в процедурата в 3-дневен срок от датата на издаването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ГЕОРГИ ЛЕНКОВ БАЛЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ✓

чл. 2 ЗЗЛД

