

МИНИСТЕРСТВО на ОКОЛНАТА СРЕДА и ВОДИТЕ
Изпълнителна агенция по околната среда при МОСВ
Изх. № 115/10.04.2014 г. / 1.2.8.11.2014 г. В.
Бул. "Цар Борис III" №136
София 1618

ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА
НА АПАРАТУРА ЗА
ЛАБОРАТОРИИТЕ НА ИАОС,
ПРОВЕЖДАЩИ ИЗПИТВАНИЯ НА
ВОДНИ ПРОБИ ОТ Р. ДУНАВ И
ПРИТОЦИТЕ Й" НА ПРОЕКТ
BG16M1OP002-1.004-001
„РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА
МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ВОДИ,
СЕДИМЕНТИ И БИОТА И
ДООБОРУДВАНЕ НА
ЛАБОРАТОРИИ НА ИАОС"

Относно: постъпило запитване за разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на апаратура за лабораториите на ИАОС, провеждащи изпитвания на водни проби от р. Дунав и притоците й" по пет обособени позиции.

На основание чл.33, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Изпълнителна агенция по околна среда, в качеството си на възложител по процедурата предоставя на вниманието на потенциалните участници следните разяснения:

Въпрос 1:

В документацията – том II „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, Глава Втора „Критерии за възлагане на обособена позиция № 2“, т.3 „Оценка по показател технически параметри и функционални характеристики на предлаганата апаратура(Т), Подпоказател Т3 – Обем на външния резервоар – са дадени технически параметри за оценка за резервоар с обем между 51- 65 литра и такъв с обем 66 – 80 литра. Възложителят би ли приел резервоар с по – голям обем?

Отговор:

Обемът на външния резервоар е съобразен с нуждите на лабораториите на ИАОС и местоположението за монтаж на системите за ултрачиста вода, т.е. препоръчително е да се съобразите със заложените технически параметри на Възложителя.

С уважение,

Изпълнителен директор:

Ваня Григорова

Заличен подпис; чл.42,
ал.5 от ЗОП

