



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

1618, София, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 251; тел. 955 90 11 Факс: 955 90 15
e-mail: iaos@eea.government.bg ; http://eea.government.bg/

Изх. № 4684

гр. София, 18.112016 г.

**ДО
ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ:**

**„Доставка на апаратура за
лабораториите на ИАОС, провеждащи
изпитвания на водни проби от р. Дунав и
притоците ѝ“ по пет обособени позиции**

Относно: постъпило запитване за разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за лабораториите на ИАОС, провеждащи изпитвания на водни проби от р. Дунав и притоците ѝ“ по пет обособени позиции.

На основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Изпълнителна агенция по околна среда, в качеството си на Възложител по процедурата, предоставя на вниманието на потенциалните участници следните разяснения:

Въпрос 1:

„Бихте ли потвърдили точния брой електроди за обособена позиция 3 за 1 брой лабораторен уред?“

Отговор:

По обособена позиция 3 - точният брой електроди, които е необходимо да бъдат доставени с лабораторен апарат Рn/ion метър са:

- 4 бр. комбинирани стъклени Рn електроди с вграден температурен датчик;
- 3 бр. комбинирани йон-селективни електроди за флуориди с обхват 0,02 mg/l до насищане.

С УВАЖЕНИЕ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

(ВАНЯ ГРИГОРОВА)

