



# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

1618, София, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 251; тел. 955 90 11 Факс: 955 90 15  
e-mail: [iaos@eea.government.bg](mailto:iaos@eea.government.bg); <http://eea.government.bg/>

Изх. № 11510-4848

гр. София, 24.11..... 2016 г.

### ДО ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на апаратура за лабораториите на ИАОС, провеждащи изпитвания на водни проби от р. Дунав и притоците ѝ“ по пет обособени позиции

**Относно:** постъпило запитване за разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за лабораториите на ИАОС, провеждащи изпитвания на водни проби от р. Дунав и притоците ѝ“ по пет обособени позиции.

На основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Изпълнителна агенция по околна среда, в качеството си на възложител по процедурата, предоставя на вниманието на потенциалните участници следните разяснения:

#### **Въпрос 1:**

„В критериите за възлагане на обособена позиция № 2 се оценява стойност за производителност. Моля, пояснете за производителност на ултрачистата вода за 1 час, която се ползва директно и/или за пълнене на резервоара ли се отнася?“

#### **Отговор:**

Под производителност да се разбира: производителността на ултрачистата вода за 1 час, която се ползва директно и/или за пълнене на резервоара.

#### **Въпрос 2:**

„В минималните задължителни характеристики по обособена позиция № 2 е записано изискване за диспенсър за ултрачиста вода. Моля, пояснете диспенсърът стационарен (кранче) върху системата ли е или трябва да е подвижен на близко разстояние?“

#### **Отговор:**

За нуждите на лабораториите на ИАОС е необходимо диспенсърът към оферирана система за ултрачиста вода да е подвижен на близко разстояние.

**Въпрос 3:**

„В минималните задължителни характеристики по обособена позиция № 2 са записани изисквания за фабричен сертификат за съответствие на системата с европейските стандарти, протокол (сертификат) на производителя за съответствие на качеството на водата с международните стандарти, както и ръководството за експлоатация на системата на български и английски език. Тези документи на етап оферта ли се представят, или се декларират, че са налични на етап оферта и ще бъдат доставени, в случай че кандидатът е избран за изпълнител?“

**Отговор:**

Цитираните документи се представят заедно с офертата на участника.

**С УВАЖЕНИЕ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

2 .42, .5

(ВАИЯ ГРИГОРОВА)

