

# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



## ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

1618, София, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 251; тел. 955 90 11 Факс: 955 90 15  
e-mail: [iaos@eea.government.bg](mailto:iaos@eea.government.bg); <http://eea.government.bg/>

Изх. № 605  
София 06.03 2017 г.

### ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ОТНОСНО:** открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и въвеждане на методи за определяне на приоритетни и специфични органични вещества във води, които досега не са били анализирани, както и методи за анализ на приоритетни и специфични вещества в седименти и биота и закупуване на необходимата техника и оборудване" по четири обособени позиции: *Обособена позиция № 1 „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой течна хроматографска система (HPLC/MS/MS) за Регионална лаборатория (РЛ) - Плевен. Разработване и въвеждане на методи за анализ на широка гама полярни съединения от допълнителния списък за наблюдение по Директива 2013/39/ЕС“; Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 (един) брой газхроматографска система (GC/MS/MS) за Регионална лаборатория (РЛ) -Стара Загора, инсталиране и въвеждане в експлоатация. Разработване и въвеждане на методи за анализиране на органични съединения и на методи за пробоподготовка и анализ на определени приоритетни вещества в седименти и биота и оборудване за подготовка на биота за изпитване“; Обособена позиция № 3 „Доставка на 1 (един) брой газхроматографска система (GC/MS/MS/NCI) за Регионална лаборатория (РЛ) - Пловдив, инсталиране и въвеждане в експлоатация. Разработване и въвеждане на методи за анализ на полибромирани дифенилови етери (PBDE) във води и биота и за С10-13-хлороалкани във води и седименти и оборудване за подготовка на биота за изпитване“; Обособена позиция № 4 „Закупуване, доставка и инсталиране на 3 (три) броя автоматични системи за твърдофазова екстракция на водни проби за Регионални лаборатории Плевен, Стара Загора и Русе”*

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл.33 от Закона за обществените поръчки, Изпълнителният директор на ИАОС в качеството си на Възложител на обществената поръчка, в законоустановения срок предоставя на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:

**ВЪПРОС №1:** В том I Указания за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, Глава четвърта, Раздел VII Ценово предложение - стр.36, параграф 119 е посочено: "119. Ценовото предложение съдържа офертата на участника относно цената за изпълнение на обществената поръчка. Ценовото предложение включва следните документи:

- т.1 ОБРАЗЕЦ № 8 – „Ценово предложение“;
- т.2 Технически носител (CD или DVD), на който попълнения и подписан ОБРАЗЕЦ No 7 е сканиран и записан в PDF формат..."

*т.1 ОБРАЗЕЦ № 8 – „Ценово предложение“;*

*т.2 Технически носител (CD или DVD), на който потълнения и подписан ОБРАЗЕЦ No 7 е сканиран и записан в PDF формат...”*

Тъй като образец №7 се изисква да бъде поставен към Техническото предложение, моля уточнете дали е грешка и се има предвид образец №8, или образец № 7 се поставя, както към Техническото предложение, така и към ценовото предложение."

**ОТГОВОР №1:** Допусната е техническа грешка. В том I Указания за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, Глава четвърта, Раздел VII Ценово предложение - стр.36, параграф 119, т.2 да се чете: "*.. т.2. Технически носител (CD или DVD), на който потълнения и подписан ОБРАЗЕЦ No 8 е сканиран и записан в PDF формат...”*"

**ВЪПРОС №2:** В том I Указания за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, Глава втора, Раздел III Критерии за подбор, в III-3.в.2.1. за Обособена позиция №2 е посочено следното: "*Минимум 3 (три) години специализиран опит в прилагането и/или разработването на маспектрометрични методи за анализ на органични замърсители във води с метода течна хроматография маспектрометрия (за всеки от специалистите)*"

Тъй като Обособена позиция №2 е за доставка на газхроматографска система (GC/MS/MS), моля уточнете дали "метода течна хроматография маспектрометрия" е грешка и се има предвид "метода газова хроматография маспектрометрия".

**ОТГОВОР №2:** Допусната е техническа грешка. В том I Указания за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, Глава втора, Раздел III Критерии за подбор, в III-3.в.2.1. за Обособена позиция №2 да се чете: "*Минимум 3 (три) години специализиран опит в прилагането и/или разработването на маспектрометрични методи за анализ на органични замърсители във води с метода газова хроматография маспектрометрия (за всеки от специалистите)*"

**ВЪПРОС №3:** В том I Указания за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, Глава втора, Раздел III Критерии за подбор, в III-3.в.3.2. за Обособена позиция №3 е посочено следното: "*Минимум 3 (три) години специализиран опит в прилагането и/или разработването на маспектрометрични методи за анализ на органични замърсители във води с метода течна хроматография маспектрометрия (за всеки от специалистите)*"

Тъй като Обособена позиция №3 е за доставка на газхроматографска система (GC/MS/MS/NCI), моля уточнете дали "метода течна хроматография маспектрометрия" е грешка и се има предвид "метода газова хроматография маспектрометрия".

**ОТГОВОР №3:** Допусната е техническа грешка. В том I Указания за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, Глава втора, Раздел III Критерии за подбор, в III-3.в.3.2. за Обособена позиция №3 да се чете: "*Минимум 3 (три) години специализиран опит в прилагането и/или разработването на маспектрометрични методи за анализ на органични замърсители във води с метода газова хроматография маспектрометрия (за всеки от специалистите)*"

И.д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

