



# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

1618, София, бул. "Цар Борис III" No 136, п.к. 251 тел. 955 90 11 Факс: 955 90 15  
e-mail: [iaos@eea.government.bg](mailto:iaos@eea.government.bg); <http://eea.government.bg/>

Изх. № 11510-1365  
София 0505 2017 г.

### ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ОТНОСНО:** открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
"Доставка на спомагателно оборудване и средства за пробовземане, пробоподготовка и съхранение на пробите" по 11 обособени позиции

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и вх.№ 11510-12265/03.05.2017 г., на основание чл.33 от Закона за обществените поръчки, и. д. изпълнителният директор на ИАОС, в качеството си на Възложител на обществената поръчка, в законоустановения срок предоставя на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:

### ВЪПРОС:

В Том III, Глава Втора, Раздел 1 „Минимални задължителни технически изисквания“ от Техническите спецификации има следното изискване:

„Съдове за разлагане – 1 комплект

- Възможност за използване на ротор с капацитет от 10 до 15 съда“

Ще бъде ли приет за съответстващ на това минимално изискване всеки ротор с капацитет между 0 и 15 съда, например с 12 или 14 съда?

### ОТГОВОР:

За съответстващ на минималното изискване „Възможност за използване на ротор с капацитет от 10 до 15 съда“ ще бъде приет всеки ротор с капацитет между 10 и 15 съда, Ротор от 12 или 14 съда отговаря на това изискване.

И. д. изпълнителен директор



(Теодор Панев)