

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

1618, София, бул. "Цар Борис III" № 136, п.к. 251; тел. 955 90 11 Факс: 955 90 15
e-mail:ncesd@eea.government.bg; <http://eea.government.bg>

Изх. № 12-00-7140

гр. София, 13.05.2013 г.

ОТНОСНО: Разяснения по чл. 29 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за обществена поръчка с предмет: „Доставка на основно и специфично оборудване за изпитване на преби от почви, седименти, растения и отпадъци“ и по специално по обособена позиция №15 „Аналитична везна за определяне на влага“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване в Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) по горецитираната процедура, Ви информираме за следното:

Въпрос 1: „В документацията за участие в ОП е записано изискване за възможност за натоварване на блюдото на везната не по-малко от 50 г. При положение, че в практиката основно се използват везни с по-нисък от изискуемия капацитет, бихте ли приели оферта за аналитична везна за определяне на влага с възможност за натоварване на блюдото до 45 г., като всички останали параметри многократно надвишават минималните изисквания на Възложителя?“

Отговор 1: Възложителят би приел техническо предложение за аналитична везна за определяне на влага с максимална възможност за натоварване на блюдото до 45 г., но не по-ниска от 45 г. поради факта, че аналитичните везни са предвидени за определяне на влагосъдържание в утайки, които са с високо водно съдържание в определени случаи до 90 %. При определяне на сухо вещество и влагосъдържание е необходимо да се претегли такова количество изходна проба в зависимост от очакваното влагосъдържание, така че сухата материя в пробата да бъде най-малко 0,5 г.

Въпрос 2: „В документацията за участие в ОП е записано изискване за температурен диапазон от 50° С до 200° С. При положение, че основните приложения на влагоанализаторните везни са в диапазона от 50° С до 150° С, бихте ли приели оферта за аналитична везна за определяне на влага с температурен обхват от 50° С до 160° С, като всички останали параметри многократно надвишават минималните изисквания на Възложителя?“

Отговор 2: Възложителят би приел техническо предложение за аналитична везна за определяне на влагосъдържание с температурен обхват от 50° С до 160° С.

Изпълнителен директор:
(Вания Григорова)

